



Ministero della Salute


**REGISTRI REGIONALI E NAZIONALE DEGLI
IMPIANTI PROTESICI MAMMARI**

Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico

**REGISTRAZIONE DISPOSITIVI
IMPIANTATI**

SINTESI DEL FLUSSO DATI NEI REGISTRI REGIONALI E NAZIONALE

OBBLIGHI DI TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI



REGISTRAZIONE DISPOSITIVI IMPIANTATI

OGNI 30 GIORNI I DISTRIBUTORI DI PROTESI MAMMARIE TRASMETTONO I DATI RELATIVI AD OGNI SINGOLO DISPOSITIVO DESTINATO AD ESSERE IMPIANTATO IN ITALIA, COMPRESO LA SEDE OVE E' ALLOCATA LA PROTESI AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI E, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY VIGENTE, IN CASO DI VENDITA, A CHI E' STATO VENDUTA


AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL'INTERVENTO, NELLA SEZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI IMPIANTATI, IL CHIRURGO DEVE INSERIRE:

- **SERIALE** DEL DISPOSITIVO, SE GIA' TRASMESO AL REGISTRO, SELEZIONANDOLO DALLA LISTA DEI SERIALI DISPONIBILI;
- **SERIALE E LOTTO** DEL DISPOSITIVO, SE IL SERIALE NON E' STATO ANCORA TRASMESO DAI DISTRIBUTORI AL REGISTRO.

N.B: IL CODICE DELLA PROTESI (REF. CODE) IMPIANTATA DEVE SEMPRE ESSERE SOLO SELEZIONATA TRA QUELLI PRESENTI NEL REGISTRO



SCHEMATA VISUALIZZATA DAL CHIRURGO



**VEDIAMO COSA ACCADE QUANDO IL NUMERO SERIALE
DEL DISPOSITIVO IMPIANTATO E' PRESENTE NEL REGISTRO
IN QUANTO GIA' TRASMESSO DAL DISTRIBUTORE**



SCHEMATA VISUALIZZATA DAL CHIRURGO



Informazioni sui Dispositivi Medici Impiantati

Lato Destro

Seriale Dispositivo

910

1910230681 | 20724-165 | MEME, TLS, LOW

7622591028 | 3240955 | SILTEX BECKER 35 CONTOUR PROFILE ...

1910240378 | 30736-160 | REPLICON, MHS, HIGH

1910080743 | 30727-215 | MEME, MXS, EXTRA HIGH

Fabbricante

Nome Commerciale

Riempimento

Superficie

Profilo

SCRIVENDO LE PRIME CIFRE DEL SERIALE, IL SISTEMA RESTITUISCE UNA LISTA DI SERIALI TRA QUELLI PRECARICATI DAL DISTRIBUTORE NEL REGISTRO

IL SERIALE COMPARE TRA QUELLI PROPOSTI

SELEZIONARLO



SCHEMATA VISUALIZZATA DAL CHIRURGO

Anagrafica Anamnesi Intervento **Dispositivi Medici**

Informazioni sui Dispositivi Medici Impiantati

Lato Destro

Seriale Dispositivo
1910230681

Codice Catalogo
20724-165

Lotto
191023

Scadenza
30-09-2024

Fabbricante
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH

Nome Commerciale
MEME, TLS, LOW

Riempimento
SILICONE

Superficie
MICROTESTURIZZATA

Profilo
TONDO

Base
TONDA

Volume
165

**LA SELEZIONE DEL SERIALE TRA QUELLI PROPOSTI
COMPORTA LA COMPILAZIONE AUTOMATICA DI
TUTTI GLI ALTRI CAMPI RELATIVI ALLE
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO**

IL CHIRURGO NON DEVE INSERIRE ALTRO



**VEDIAMO COSA ACCADE QUANDO IL NUMERO SERIALE
DEL DISPOSITIVO IMPIANTATO NON E' PRESENTE NEL REGISTRO
IN QUANTO NON ANCORA TRASMESSO DAL DISTRIBUTORE**



SCHEMATA VISUALIZZATA DAL CHIRURGO

Anagrafica Anamnesi Intervento **Dispositivi Medici**

Informazioni sui Dispositivi Medici Impiantati

Lato Destro

Seriale Dispositivo
1234567

Nessun risultato trovato

Lotto

Scadenza

Fabbricante

Nome Commerciale

Riempimento

Superficie

Profilo

SE INSERENDO LE PRIME CIFRE DEL SERIALE, IL SISTEMA NON RESTITUISCE ALCUNA LISTA DI SERIALI DISPONIBILI, IL CHIRURGO DEVE DIGITARE TUTTE LE CIFRE



SCHEMATA VISUALIZZATA DAL CHIRURGO

Anagrafica Anamnesi Intervento Dispositivi Medici

Informazioni sui Dispositivi Medici Impiantati

Lato Destro

Seriale Dispositivo
1234567

Codice Catalogo
334

3340951 | CPG; 313-BASSA, PROFILO ALTO

3340959 | CPG; 332-ALTA, PROFILO MODERATO PLUS

3340906 | CPG; 321-MEDIA, PROFILO MODERATO

3340905 | CPG; 322-MEDIA, PROFILO MODERATO PLUS

Nome Commerciale

Riempimento

Superficie

Profilo

**DOPO AVER INSERITO TUTTE LE CIFRE DEL SERIALE,
DIGITARE LE PRIME CIFRE/LETTERE DEL CODICE E
ATTENDERE LA LISTA DEI CODICI PROPOSTI DAL SISTEMA**

**SELEZIONARE IL CODICE CORRETTO SOLO DALLA LISTA
PROPOSTA**

**NB: NON DIGITARE MANUALMENTE IL CODICE CATALOGO
(REF CODE)**



SCHERMATA VISUALIZZATA DAL CHIRURGO



Informazioni sui Dispositivi Medici Impiantati

Lato Destro

Seriale Dispositivo
1234567

Codice Catalogo
3340959

Lotto

Scadenza

Fabbricante
MENTOR MEDICAL SYSTEMS B.V.

Nome Commerciale
CPG₂ 332-ALTA, PROFILO MODERATO PLUS

Riempimento
SILICONE

Superficie
MICROTESTURIZZATA

Profilo
ANATOMICO



**SELEZIONANDO IL CODICE DAL MENU' A TENDINA,
TUTTE LE INFORMAZIONI AD ESSO LEGATE SI
AUTOCOMPILANO**



**DATI LEGATI AL CODICE DEL DISPOSITIVO CHE SI
AUTOCOMPILANO**



SCHEMATA VISUALIZZATA DAL CHIRURGO



Informazioni sui Dispositivi Medici Impiantati

Lato Destro

Seriale Dispositivo

1234567

Codice Catalogo

3340959

Lotto

12345

Nessun risultato trovato

Fabbricante

MENTOR MEDICAL SYSTEMS B.V.

Nome Commerciale

CPG₂ 332-ALTA, PROFILO MODERATO PLUS

Riempimento

SILICONE

Superficie

MICROTESTURIZZATA

Profilo

ANATOMICO

SE IL SERIALE NON E' ANCORA PRESENTE NEL REGISTRO ED E' STATO INSERITO MANUALMENTE DAL CHIRURGO

INSERIRE ANCHE TUTTE LE CIFRE DEL LOTTO

